

④ トラブル時に適切に対処する



- 遠心開始時は最高回転数に達するまで待つ
- サンプルがリークした場合は、各自で拭き取りおよび洗浄を行う
- トラブルが発生したときは速やかに管理室に連絡

夜間などに緊急性のある場合は、管理室扉横にある携帯番号に連絡