

# 体液や感染性のサンプル の使用について



- 施設が所有する遠心機(超遠心機含む)はすべてバイオハザード仕様ではないため、**体液や感染性のサンプルは使用不可**
- \* バイオハザード仕様とは、HEPAフィルターをチャンバーの前後に設置して危険性のあるサンプルのエアロゾルを回収する
- 言い換えると、  
施設の遠心機で体液や感染性のサンプルを使用すると**エアロゾルが部屋中に拡散される**